

1. 件名：日本原子力発電株式会社東海発電所・東海第二発電所における放射線測定設備の更新について

2. 日時：令和6年2月21日（水）10時30分～11時00分

3. 場所：原子力規制庁7階（Web開催）

4. 出席者：

原子力規制庁

監視情報課

渡邊課長補佐、竹田専門官

東海・大洗原子力規制事務所 川端上席放射線防災専門官（Web）

日本原子力発電株式会社

発電管理室警備・防災グループ主任 他2名（Web）

東海・東海第二発電所

安全・防災室 安全・防災Gr課長 他3名（Web）

5. 要旨

原子力災害対策特別措置法に基づく放射線測定設備の検査の実施に当たり、日本原子力発電株式会社から、使用前事業者検査で実施した「線源校正検査」、「記録計指示対応検査」および「設定値確認検査」の記録について説明を受けた。

原子力規制庁からは、使用前事業者検査の記録をもって性能検査の一部を省略して検査を実施する旨を伝えた。

6. その他

資料：東海発電所・東海第二発電所における放射線測定設備の取替に伴う検査について